

CONSULTA N° 26

Consulta:

Por descripción de panelería se necesitarían 3 centrales de llamado enfermera (LLE) y 1 de paro cardiaco (PC) pero por planilla, 4 de LLE y 2 de PC. Qué cotizamos.

RESPUESTA:

Cotizar según plano.